

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK podle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů	
ZADAVATEL:	Státní zemědělský intervenční fond
SÍDLEM:	Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1
IČO:	48133981
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Filipem Sovou, LL.M., ředitelem Sekce personální a právní
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodávka resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem Ev. č. zakázky: Z2021-048488	

Č.j. SZIF/2022/0021066

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

V daném případě jde o dodávku resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem. Výše uvedený dodavatel uvádí, že z podstaty je spojení takových funkcionalit neopodstatněné, protože by se u AED (automatizovaného externího defibrilátoru) kyslíkový generátor používat neměl. Před chemickými generátory kyslíku řadu let varují odborníci i Česká resuscitační rada. Předchozí zakázku na ty samé sady šetří u Středočeského kraje z tohoto důvodu policie (nelze vyloučit ani trestněprávní postih příslušných osob) a výrobkem se zabývá i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL), viz níže. Uvedené informace plynou z veřejných zdrojů, viz:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kyslikove-generatory-ankaba-urminsky-seidl-truhlar-zakazka-stredocesky-kraj_2011020600_och
https://zachrannasluzba.cz/wp-content/uploads/2019/02/2013_kyslikova-homeopatie.pdf

Navíc očekávaná cena je cca dvojnásobek oproti běžnému defibrilátoru, který je pro zadavatele postačující. Pro zadavatele je požadavek na kyslíkový generátor neúčelný, neefektivní a nehospodárný, viz dále.

V dané veřejné zakázce jsou v rámci technické kvalifikace požadovány významné zakázky a prohlášení o shodě.

V čl. 6.3.1. je uveden Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých

Dodavatelem za

poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel uvádí, že se musí jednat o dodávky v posledních 3 letech realizované, tj. řádně dokončené a předané objednateli.

Minimální požadovaná úroveň seznamu významných dodávek

Zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň 1 významné dodávky. Významnou dodávkou se rozumí dodávka obdobného plnění, jako je Zařízení, jež je předmětem této Veřejné zakázky (tj. resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem), kdy hodnota dodávky dosahovala souhrnně alespoň 3.000.000,- Kč bez DPH.

V čl. 6.3.2. Prohlášení o shodě dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ Zadavatel požaduje předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného Zařízení s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem (např. EN 60601-12006, EN 60601-1.2, EN 61000-4-2).

Dodávky resuscitačních kompletů zahrnujících jak AED (automatizovaný externí defibrilátor), tak kyslíkový generátor nejsou v ČR zcela obvyklé, a splnění technické kvalifikace, jak bylo výše uvedeno, je rovněž pro dodavatele dodávající pro zadavatele

defibrilátory obtížně splnitelné. Jde o dvě rozdílné funkce, kdy defibrilátor může použít na oživení i laik, kdežto použití medicínalního kyslíku se uplatňuje v rámci rozšířené resuscitace, kterou nemůže provádět laik, ale toliko poskytovatel zdravotních služeb, např. zdravotnická záchraná služba nebo nemocnice. Pokud požaduje zadavatel, který zjevně nemá oprávnění poskytovat zdravotní služby, funkci kyslíkového generátoru, jde o funkcionalitu, kterou by mělo používat zdravotnické zařízení. Rovněž podle České resuscitační rady podávání kyslíku není součástí postupů poskytování první pomoci, viz její stanovisko na:

<https://www.resuscitace.cz/files/files/0/rh0mn/stanovisko-crr-k-chemickemu-vyvijeci-kysliku-updat.pdf>

Pokud ji daný zadavatel, který není zdravotnickým zařízením, přesto požaduje, nejde o v praxi obvyklou a běžnou podmínku, jde o nepřímou diskriminaci podle § 6 ZZVZ, a zvýhodnění jednoho dodavatele, který je zmíněn ve sdělení SUKL a který rovněž vyhrál zakázku ve Středočeském kraji, viz

<https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-31-8-2020> (příp. omezeného okruhu dodavatelů).

Spojení těchto dvou funkcionalit omezuje hospodářskou soutěž a okruh dodavatelů, kteří jsou schopni defibrilátor za účelem efektivnějšího poskytnutí první pomoci dodat. Nelze předpokládat, že by se zadavatel Státní zemědělský a intervenční fond zamýšlel stát zdravotnickým zařízením. Podle § 6 odst. 2 ZZVZ ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. V dané věci jde o tzv. nepřímou diskriminaci, když dodavatelé defibrilátorů pro poskytnutí první pomoci neočekávají, že budou požadovány funkcionality používané zdravotnickými zařízeními. Dokonce i defibrilátory požadované zdravotnickými zařízeními požadavek na kyslíkový generátor nemají, např. <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002330/zakazka/464228>

Skrytou diskriminací je takové jednání, které ač se na první pohled jeví jako nediskriminační, tak ve skutečnosti některý ze subjektů znevýhodňuje. Z ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2008, č. j. 5 Afs 131/2007 - 131) pak vyplývá, že zákaz diskriminace ve smyslu ZZVZ zahrnuje implicitně taktéž zákaz skryté diskriminace.

Dodavatel se tedy táže zadavatele, jaký je důvod pro takto vypsanou veřejnou zakázku a z jakého důvodu je požadován defibrilátor s kyslíkovým generátorem? Kdo jej bude u zadavatele používat? Disponuje za tímto účelem zadavatel zdravotnickým personálem?

Dodavatel žádá o vypuštění dané podmínky, čehož lze dosáhnout zřejmě jen zrušením veřejné zakázky a jejím vypsáním bez daného požadavku na kyslíkový generátor.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Spojení obou požadovaných funkcionalit (AED + generátor kyslíku) do jedné dodávky je motivováno snahou SZIF poskytnout v rámci jednání společensky odpovědné osoby „první pomoc“, která je z 99% případů vždy orientovaná na masáž srdce + umělé dýchání, a na to není potřeba speciálního zdravotnického personálu.

Zadavatel ruší čl. 6.3.1. Zadávací dokumentace – Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ a nebude od účastníků zadávacího řízení požadovat předložení seznamu významných dodávek.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek **do 3. 2. 2022 do 10:00 hod.**

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek zadavatel mění i lhůtu uvedenou v části 3 zadávací dokumentace ze dne 23. 12. 2021, která nově zní:

Lhůta pro podání nabídek	do 3. 2. 2022 do 10:00 hodin
---------------------------------	-------------------------------------

V Praze dne 11. 1. 2022

elektronicky podepsáno

Mgr. Filip Sova, LL.M.,
ředitel Sekce personální a právní

otisk úředního razítka